

令和3年7月19日(月)	令和3年7月16日(金)	令和3年3月18日	令和3年7月13日	手すり			重傷1名	当該製品を設置した階段を下りる際、転落し、負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	兵庫県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年6月7日
令和3年7月26日(月)	令和3年7月20日(火) 令和3年7月23日(金) ※公表なし	なし								
令和3年8月2日(月)	令和3年7月27日(火) 令和3年7月30日(金)	なし								
令和3年8月10日(火)	令和3年8月3日(火) 令和3年8月6日(金)	なし								
令和3年8月23日(月)	令和3年8月10日(火) 令和3年8月13日(金) 令和3年8月17日(火) 令和3年8月20日(金)	なし								
令和3年8月30日(月)	令和3年8月24日(火) 令和3年8月27日(金)	なし								
令和3年9月6日(月)	令和3年8月31日(火) 令和3年9月3日(金)	なし								
令和3年9月13日(月)	令和3年9月7日(火)	なし								
令和3年9月13日(月)	令和3年9月10日(金)	令和3年8月26日	令和3年9月6日	電動車いす(ハンドル形)			死亡1名	当該製品を使用中、踏切内で列車にはねられ死亡した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	香川県	
令和3年9月21日(火)	令和3年9月14日(火) 令和3年9月17日(金)	なし								
令和3年9月27日(月)	令和3年9月21日(火) 令和3年9月24日(金)	なし								
令和3年10月4日(月)	令和3年9月28日(火) 令和3年10月1日(金)	なし								
令和3年10月11日(月)	令和3年10月5日(火) 令和3年10月8日(金)	なし								
令和3年10月18日(月)	令和3年10月12日(火) 令和3年10月15日(金)	なし								
令和3年10月25日(月)	令和3年10月19日(火) 令和3年10月22日(金)	令和3年9月23日	令和3年10月14日	電動ユニット(車いす用)			重傷1名	当該製品でスロープを走行中、当該製品の右車輪が空転して左に曲がり、壁に右手をついて、右肩を負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	茨城県	
		令和3年10月11日	令和3年10月19日	介護ベッド			死亡1名	使用者が昇降機能のある当該製品のベッドフレームの間に首が挟まった状態で発見され、死亡が確認された。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	愛媛県	
令和3年11月1日(月)	令和3年10月26日(火) 令和3年10月29日(金)	なし								
令和3年11月8日(月)	令和3年11月2日(火) 令和3年11月5日(金)	なし								
令和3年11月15日(月)	令和3年11月9日(火)	なし								
令和3年11月15日(月)	令和3年11月12日(金)	令和2年2月28日	令和3年11月9日	車いす			死亡1名	当該製品に使用者(80歳代)を乗せて、車両に乗せようとしたところ、転落、病院へ搬送後、死亡した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	千葉県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年11月4日
令和3年11月22日(月)	令和3年11月16日(火) 令和3年11月19日(金)	なし								
令和3年11月29日(月)	令和3年11月24日(水) 令和3年11月26日(金)	なし								
令和3年12月6日(月)	令和3年11月30日(火)	なし								
令和3年12月6日(月)	令和3年12月3日(金)	令和3年10月21日	令和3年11月29日	介護ベッド			重傷1名	当該製品のサイドレールカバーが破損し、左足を負傷した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	愛知県	事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年11月25日
令和3年12月13日(月)	令和3年12月7日(火) 令和3年12月10日(金)	なし								
令和3年12月13日(月)	令和3年12月14日(火)	なし								
令和3年12月20日(月)	令和3年12月17日(金)	令和3年12月9日	令和3年12月14日	電動車いす(ハンドル形)			死亡1名	当該製品を使用中、踏切を渡り終える直前に下りてきた遮断機に引っかかって転倒し、列車にはねられ死亡した。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	
		令和3年10月28日	令和3年12月15日	介護ベッド用手すり			死亡1名	施設で使用者(80歳代)が当該製品に首が引っ掛かった状態で発見され、病院に搬送後、死亡が確認された。当該製品に起因するののか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。	大阪府	事業者が重大製品事故として認識したのは令和3年11月30日介護ベッド用手すりについての注意喚起を実施(特記事項を参照)